

Nedenfor skematisk oversigt over, hvor mange lokaler der er godkendt og afvist på henholdsvis DS/INSTA 800 og DS 2451-10.

Område	Lokation/ Sygehus	DS/INSTA 800		DS 2451-10	
		Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler
Sygehus Lillebælt	Kolding	73	3	76	0
	Fredericia	23	0	23	0
	Give	10	0	10	0
	Middelfart	29	0	28	1
	Vejle	60	2	59	3

Godkendte/afviste sygehuse – DS/INSTA 800

Område	Sygehus	DS/INSTA 800		I alt kontrollerede lokaler	Godkendelsesprocent
		Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler		
Sygehus Lillebælt	Kolding	73	3	76	96,05
	Fredericia	23	0	23	100,00
	Give	10	0	10	100,00
	Middelfart	29	0	29	100,00
	Vejle	60	2	62	96,77

Godkendte/afviste sygehuse – DS 2451-10

Område	Sygehus	DS 2451-10		I alt kontrolleret lokaler	Godkendelsesprocent
		Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler		
Sygehus Lillebælt	Kolding	76	0	76	100,00
	Fredericia	23	0	23	100,00
	Give	10	0	10	100,00
	Middelfart	28	1	29	96,55
	Vejle	59	3	62	95,16

Godkendte/afviste områder – DS/INSTA 800

	DS/INSTA 800			
Område	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	I alt kontrollerede lokaler	Godkendelsesprocent
Sygehus Lillebælt	195	5	200	97,50

Godkendte/afviste områder – DS 2451-10

	DS 2451-10			
Område	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	I alt kontrolleret lokaler	Godkendelsesprocent
Sygehus Lillebælt	196	4	200	98,00

Godkendte/afviste områder iht. DS/INSTA 800

Sygehus Lillebælt			
Partistørrelsen (N) Antal lokaler for alle 5 sygehuse	Stikprøvestørrelsen (n)	Godkendelsestal (Ac)	Afvisningstal (Re)
9.344	200	14	15

Antal afviste lokaler (DS/INSTA 800)	5
Stikprøveplanen er	Godkendt

Godkendte/afviste områder iht. DS 2451-10

Sygehus Lillebælt			
Partistørrelsen (N) Antal lokaler for alle 5 sygehuse	Stikprøvestørrelsen (n)	Godkendelsestal (Ac)	Afvisningstal (Re)
9.344	200	14	15

Antal afviste lokaler (DS 2451-10)	4
Stikprøveplanen er	Godkendt

Godkendte og afviste områder i 2013, 2014 og 2015 for DS/INSTA 800

Område	DS/INSTA 800 2. halvår 2015				DS/INSTA 800 1. halvår 2015				DS/INSTA 800 2. halvår 2014				DS/INSTA 800 1. halvår 2014				DS/INSTA 800 2013			
	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%
Sygehus Lillebælt	195	5	200	97,50	197	3	200	98,50	198	2	200	99,00	195	5	200	97,50	181	19	200	90,50

Godkendte og afviste områder i 2013, 2014 og 2015 for DS 2451-10

Område	DS 2451-10 2. halvår 2015				DS 2451-10 1. halvår 2015				DS 2451-10 2. halvår 2014				DS 2451-10 1. halvår 2014				DS 2451-10 2013			
	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%	Antal godkendte lokaler	Antal afviste lokaler	Stikprøvestørrelse	Godkendelses-%
Sygehus Lillebælt	196	4	200	98,00	195	5	200	97,50	196	4	200	98,00	191	9	200	95,50	183	17	200	91,50

Differencer ud fra godkendelsesprocenterne fra 1. og 2. halvår 2015

Område	DS/INSTA 800			DS 2451-10		
	Godkendelsesprocent 2. halvår 2015	Godkendelsesprocent 1. halvår 2015	Difference	Godkendelsesprocent 2. halvår 2015	Godkendelsesprocent 1. halvår 2015	Difference
Sygehus Lillebælt	97,50	98,50	- 1,00	98,00	97,50	+ 0,50